



血小板稀释液测定试剂盒说明书(精简版)

(货号: C024-1-1)

免责声明: 测试前请仔细阅读说明书,预试后再进行批量实验,否则由此导致的后果用户自行承担!

一、测定原理:

将血液用稀释液作一定量稀释后,注入计数池计数,再算出血液中的血小板数/升。

二、试剂组成:

液体 100mL×1 瓶, 4℃保存 6 个月。

三、操作过程:

- 1、于清洁试管中加入稀释液 0.38mL。
- 2、用血红蛋白吸管先在血小板稀释液内洗涤数次。
- 3、如常规法自指端或耳垂准确的吸取血液 20 μ l, 擦去管外附着的血液, 置于血小板稀释液内, 立即混匀, 置室温下 10~30 分钟。
- 4、取上述混匀的血小板悬液一滴, 加至红细胞计数池内, 静置 10~15 分钟, 使血小板下沉。
- 5、用高倍镜计数中央一个大方格(400 小格)血小板数乘以 200 即为每 μ l 中的血小板数, 再乘以 10^6 (1000000) 最后算出血小板数/升。

四、参考值:

血小板 $100\sim300\times10^9/L$ 。